

## Lolli-Teststäbchen

---

Von: lolli@lab-quade.de

An: arbeitskreis\_kjf@yahoo.com

Datum: Dienstag, 16. November 2021, 09:12 MEZ

---

Hallo Frau Büttgenbach,

Wie besprochen erhalten sie hier von uns die formlose Information zu den Lolli-Teststäbchen.

Es handelt sich dabei um CE-zertifizierte Medizinprodukte Klasse Is. Die Abstrichtupfer, die verwendet werden, tragen eine CE-Kennung. Sie enthalten keine schädlichen Substanzen, sondern bestehen aus Acrylnitril-Butadien-Styrol, einem handelsüblichen Kunststoff („Lolli-Stiel“), sowie das „Wattebausch-Ende“ aus sterilem Nylon. (Zitat <https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests>)

Wir gehen nicht davon aus, dass es bei der Probenentnahme zu Komplikationen kommt. Die Probenentnahme darf jedoch nur unter Aufsicht stattfinden und die Tupfer sollen durch die beaufsichtigenden Personen während des Lutschens festgehalten werden, um ein Verschlucken zu verhindern. Es muss darauf geachtet werden, dass der Tupfer keine Sollbruchstelle am vorderen Ende aufweist.

Falls sie noch weitere Informationen benötigen, können sie ja auch hier mal schauen: <https://kita-testung-koeln.de/faq/#1615764718942-c863a315-5b9e>

Mit vielen Grüßen

Ihr Laborteam

MVZ Labor Dr. Quade & Kollegen

Kirsten Bartels